COPAN S GR11.6 DOC 59 REV07 OF 28/06/2024	**CERTIFICATE OF QUALITY ASSURANCE** *CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD*	**N°** 25- CRT04796

CODE/*CÓDIGO*	LOT.N°/*NO. DE LOTE*	EXP. DATE/*FECHA DE CADUCIDAD*
477CE.A	2515593	10/10/2026

Device description: *Descripción del producto:*	TSB SALT BROTH X AUTOMATION Caldo salino TSB (caldo soja y tripticaseína) para uso en automatización

Goods has been manufactured according to the EN ISO 13485:2016 system.
El material ha sido fabricado según las normas EN ISO 13485:2016.

Medium Visual Appearance Specifications, clear and transparent: passed.
Especificaciones de la apariencia visual del medio, claro y incoloro: aceptado.

pH of the medium at 25°C acceptability limits 7,3 ± 0,3: passed
pH del medio a 25° C, límites de aceptabilidad 7,3 ± 0,3: aceptado.

USP Membrane Filtration Sterility Test: Passed
Test USP de esterilidad por filtración a través de membrana: aceptado

Cultural Response: Media was inoculated with a bacterial suspension of the tester organisms. Growth obtained after 24 hours at 30-35°C: passed.
Respuesta al cultivo: Media inoculado con una suspensión bacteriana de organismos de prueba. Crecimiento obtenido después de 24 horas a temperatura 30-35 °C: aceptado.

MRSA	***ATCC 43300***
S.aureus	***ATCC 6538***
S.aureus	***ATCC 25923***

All reported results were obtained following internal SOP instructions.

Copan Italia SpA certifies that all product quality requirements have been met and that all information stated above is correct.
Copan Italia SpA certifica la conformidad con todos los requisitos de calidad del producto y que toda la información arriba mencionada es correcta.

06/11/2025
Certificate Date of Issue
Fecha de expedición del certificado

Quality Representative
Copan Italia SpA
Via F.Perotti 10 – 25125, Brescia - Italy