



S GR11.6 DOC 59  
REV07 OF 28/06/2024

**CERTIFICATE OF QUALITY ASSURANCE**  
*CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD*

N°  
26-  
CRT00163

CODE/CÓDIGO	LOT.N°/NO. DE LOTE	EXP. DATE/FECHA DE CADUCIDAD
477CE.A	2600748	02/02/2027

Device description: <i>Descripción del producto:</i>	TSB SALT BROTH X AUTOMATION Caldo salino TSB (caldo soja y tripticaseína) para uso en automatización
---	---

**Goods has been manufactured according to the EN ISO 13485:2016 system.**

*El material ha sido fabricado según las normas EN ISO 13485:2016.*

**Medium Visual Appearance Specifications, clear and transparent: passed.**

*Especificaciones de la apariencia visual del medio, claro y incoloro: aceptado.*

**pH of the medium at 25°C acceptability limits 7,3 ± 0,3: passed**

*pH del medio a 25° C, límites de aceptabilidad 7,3 ± 0,3: aceptado.*

**USP Membrane Filtration Sterility Test: Passed**

*Test USP de esterilidad por filtración a través de membrana: aceptado*

**Cultural Response: Media was inoculated with a bacterial suspension of the tester organisms. Growth obtained after 24 hours at 30-35°C: passed.**

*Respuesta al cultivo: Media inoculado con una suspensión bacteriana de organismos de prueba. Crecimiento obtenido después de 24 horas a temperatura 30-35 °C: aceptado.*

<b>MRSA</b>	<b>ATCC 43300</b>
<b>S.aureus</b>	<b>ATCC 6538</b>
<b>S.aureus</b>	<b>ATCC 25923</b>

**All reported results were obtained following internal SOP instructions.**

**Copan Italia SpA certifies that all product quality requirements have been met and that all information stated above is correct.**

*Copan Italia SpA certifica la conformidad con todos los requisitos de calidad del producto y que toda la información arriba mencionada es correcta.*

23/02/2026  
Certificate Date of Issue  
Fecha de expedición del certificado

Quality Representative  
Copan Italia SpA  
Via F.Perotti 10 – 25125, Brescia - Italy